

Łódź, 15.03.2021 r.

**Opinia Komisji PLTR ds. Techniki i Legislacji**  
**dotycząca kwalifikacji monitorów służących do prezentacji obrazów medycznych.**

W związku z licznymi zapytaniami ze strony użytkowników przypominamy obowiązujący aktualnie podział monitorów medycznych na dwie kategorie: monitory opisowe i monitory przeglądowe, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością prowadzenia testów odpowiednio: podstawowych i specjalistycznych:

- 1) **Monitor opisowy:** monitor do prezentacji obrazów medycznych służącej do ich klinicznej interpretacji i wykonywania opisu badania zgodnie z odpowiednią radiologiczną procedurą szczegółową, a jeśli nie jest jeszcze opracowana i wdrożona, z odpowiednią radiologiczną procedurą wzorcową. Monitor taki ponadto jest elementem lekarskiej stacji opisowej.
- 2) **Monitor przeglądowy:** inny, niż opisowy monitor do prezentacji obrazów medycznych, na podstawie której podejmowane są decyzje dotyczące klinicznego postępowania z pacjentem lub decyzje dotyczące uznania uzyskanego obrazu medycznego za zgodny z odpowiednią radiologiczną procedurą szczegółową, a jeśli nie jest jeszcze opracowana i wdrożona, z odpowiednią radiologiczną procedurą wzorcową. Monitor taki ponadto jest elementem lekarskiej stacji przeglądowej.

Uwaga: monitor medyczny to urządzenie do prezentacji obrazów medycznych w celu wykorzystania ich do oceny stanu pacjenta lub do podejmowania decyzji o postępowaniu z pacjentem. Monitory obsługowe (np. na stacji technika przy aparacie rtg lub tomografie) nie są, z uwagi na powyższe zdanie traktowane, jako monitory medyczne (patrz: ustawa o wyrobach medycznych).

Decyzję o zakresie wykorzystania monitora medycznego (a tym samym o jego przypisaniu do pierwszej lub drugiej kategorii) podejmuje Użytkownik.

*Przewodniczący Komisji*  
*ds. Techniki i Legislacji PLTR*  
*mgr inż. Ryszard Kowski*

